


繰り返し精度試験結果

(株)メトロール

試験日 2007年 12月 26日
 被試験物
 形式/製造番号 P10DB-A/07X301
 摘要



基準値 0.0000

1	0.0002	11	0.0002	21	0.0000
2	0.0002	12	0.0002	22	0.0000
3	0.0000	13	0.0000	23	0.0002
4	0.0002	14	0.0002	24	0.0002
5	0.0000	15	0.0002	25	0.0002
6	0.0000	16	0.0002	26	0.0000
7	0.0002	17	0.0002	27	0.0000
8	0.0000	18	0.0002	28	0.0002
9	0.0000	19	0.0000	29	0.0002
10	0.0002	20	0.0002	30	0.0002

Max 0.0002 Min 0.0000 R 0.0002