


繰り返し精度試験結果

(株)メトロール

試験日 2007年 12月 26日
被試験物
形式／製造番号 PT5M1WB/07X101
摘要



基準値 0.0000

1	0.0000	11	0.0000	21	0.0002
2	0.0002	12	0.0000	22	0.0000
3	0.0002	13	0.0000	23	0.0002
4	0.0000	14	0.0002	24	0.0000
5	0.0002	15	0.0002	25	0.0002
6	0.0002	16	0.0000	26	0.0002
7	0.0002	17	0.0002	27	0.0000
8	0.0000	18	0.0002	28	0.0002
9	0.0000	19	0.0002	29	0.0000
10	0.0002	20	0.0002	30	0.0002

Max 0.0002 Min 0.0000 R 0.0002